

Koszalin dnia 20.12.2022

**DOTYCZY: opinia techniczna i wycena unitu stomatologicznego „Pegaz”
producent FAMED-Żywiec
dla WSPL 75-950 Koszalin, ul. Zwycięstwa 204 A**

Unit stomatologiczny jw. został zainstalowany w dniu 27.07.2007 r., zdemonstrowany w dniu 29.11.2022. W tym okresie był cały czas używany i serwisowany.

W momencie demontażu unit posiadał następujący stan techniczny:

- uszkodzona tapicerka siedziska i tapicerka zagłówka - pęknięcia, miejscowe stwardnienie skaju - normalne zużycie eksploatacyjne. Do wymiany w całości.
- system sterowania fotelem - sprawny
- system sterowania w stoliku lekarza z końcówkami bez wycieków - sprawne w tym mikrosilnik Bien Air ze światłem - sprawny
- lampa polimeryzacyjna – sprawna
- rękaw turbinowy ze światłem i turbiną – sprawna
- strzykawko-dmuchałka – sprawna
- hydrogrupa –ślinociąg, spluwaczka, wyposażenie wewnętrzne – sprawne
- główna lampa oświetlająca – sprawna
- ruchomość stolika lekarza – sprawne
- konstrukcja unitu -w pełni elektryczny -elektrozawory sprawne

Unit nie jest już produkowany – fabryka Famed Żywiec została zlikwidowana – z tego powodu niektóre istotne części zamienne są niedostępne.